

Ustka , dnia 15.05.2018 r.

**Dotyczy: "Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce"**

W związku z państwa e-mailem z dnia 14.05.2018 r. dotyczącym wyjaśnienia treści SIWZ : pytań dotyczących zestawienia parametrów technicznych i funkcjonalnych przedmiotu zamówienia:

**Punkt nr 1:** Czy zamawiający dopuści urządzenie bez zasilacza zewnętrznego, lecz z zasilaczem wbudowanym, spełniającym wymagania Dyrektywy Medycznej 93/43 EEC Brak konieczności użycia zewnętrznego zasilacza oznacza większą wygodę oraz bezpieczeństwo użytkowania?

**Punkt nr 2):** Czy zamawiający dopuści urządzenie posiadające port komunikacji z komputerem typ USB zamiast RS232, który obecnie nie jest już stosowany w audiometrach?

**Punkt nr 3):** Czy Zamawiający dopuści zastosowanie przycisku pacjenta nowszego typu niż APS2, który nie jest obecnie produkowany (Interacoustics)?

**Punkt nr 4):** Czy Zamawiający dopuści urządzenie z wbudowaną drukarką (termiczną), bez możliwości bezpośredniego dołączenia drukarki laserowej, natomiast z możliwością wydruków na drukarce laserowej poprzez komputer PC?

Wyjaśniam, że Zamawiający związany jest opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ z dnia 11 maja 2018 r. Nie występują jednocześnie uzasadnione przypadki uprawniające Zamawiającego do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o czym mowa w art. 38 pkt. 1 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.)

Z tych też względów nie jest dopuszczalna zmiana istotnych warunków zamówienia, o co wnosicie Państwo w swoim piśmie. Ponadto przypominam, że Zamawiający zobowiązany jest do odrzucenia ofert, które swoją treścią nie odpowiadają opisowi przedmiotu zamówienia.

