

Dotyczy: „Zakup i dostawa sprzętu medycznego - audiometru dla WSPL SPZOZ w Ustce”

Nr postępowania : ZP/2/2018

Zapytanie. 1

Proszę o dopuszczenie do postępowania audiometr:

1. PC – interfejs USB zgodny z NOAH
2. Drukowanie wyników audiogramów drukarką laserową lub atramentową z dedykowanego oprogramowania , lub z modułu NOAH
3. Wyposażenie:
 - słuchawki audiometryczne z osłonami przeciwhałasowymi Holmco
 - przycisk pacjenta
 - słuchawka kostna
 - przewód USB A-A

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.